PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

SAUTER CS 500-3P2

"S"-weeg-/krachtmeetcel van roestvrij staal

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen
- Geschikt voor hangweegschalen, siloweegschalen, krachttestinstallaties en overige diverse weegschalen

PICTOGRAMMEN

Standaard | Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max] [Max]	Meetbereik [Max]
CS 50-3P2	50 kg	500 N
CS 100-3P2	100 kg	1 kN
CS 250-3P2	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P2	500 kg	5 kN
CS 2000-3P2	2000 kg	20 kN
CS 5000-3P2	5000 kg	50 kN
CS 7500-3P2	7500 kg	75 kN

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
AFH 05	Roestvrijstalen handvat met plastic coating AFH 05
AFM 16	Adapter AFM 16 (Buitendraad M12 | Tapgat M10)
AFM 17	Adapter AFM 17 (Buitendraad M12 | Buitendraad M10)
AFM 18	Adapter AFM 18 (Buitendraad M12 | Buitendraad M10)

Model	Beschrijving
AFM 19	Adapter AFM 19 (Buitendraad M12 | Tapgat M18 × 1,5)
AFM 21	Rooischroef AFM 21
CE RR12	Paaseinde CE RR12
CJ P2	Aansluitdoos CJ P2, Aantal aansluitmogelijkheden: 2, aluminium,
CJ P4	Aansluitdoos CJ P4, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Aansluitdoos CJ P4PG, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium,
CJ X467	Aansluitdoos CJ X467, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, roestvrij staal,
CJ X468	Aansluitdoos CJ X468, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium,
FS 404	Connector voor FS meetcel gemonteerd & afgesteld op 5 kN FS 404
FS TKZ	Transportkoffer FS TKZ
YKV-01	Digitale weegtransmitter YKV-01

DIENSTEN

Model	Beschrijving
963-163	DAkkS Kalibratiecertificat 963-163 (krachtrichting trek | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-163IV	DAkkS Kalibratiecertificat 963-163IV (krachtrichting trek | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode ISO 376)
963-163V	DAkkS Kalibratiecertificat 963-163V (krachtrichting trek | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-263	DAkkS Kalibratiecertificat 963-263 (krachtrichting druk | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-263IV	DAkkS Kalibratiecertificat 963-263IV (krachtrichting druk | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode ISO 376)
963-263V	DAkkS Kalibratiecertificat 963-263V (krachtrichting druk | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-363	DAkkS Kalibratiecertificat 963-363 (krachtrichting trek, druk | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-363IV	DAkkS Kalibratiecertificat 963-363IV (krachtrichting trek, druk | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode ISO 376)
963-363V	DAkkS Kalibratiecertificat 963-363V (krachtrichting trek, druk | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
970-014	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-014

KERN Overzicht pictogrammen

IP 68	Stof- en spatwaterbescherming IP68
1 DAY	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Fabriekskalibratie (ISO): De duur van de fabriekskalibratie bedraagt 4 werkdagen
DAkkS	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen