PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

SAUTER CS 7500-3P2

"S"-weeg-/krachtmeetcel van roestvrij staal

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen
- Geschikt voor hangweegschalen, siloweegschalen, krachttestinstallaties en overige diverse weegschalen

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max] [Max]	Meetbereik [Max]
CS 50-3P2	50 kg	500 N
CS 100-3P2	100 kg	1 kN
CS 250-3P2	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P2	500 kg	5 kN
CS 2000-3P2	2000 kg	20 kN
CS 5000-3P2	5000 kg	50 kN
CS 7500-3P2	7500 kg	75 kN

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
CE RR24	Paaseinde CE RR24
CJ P2	Aansluitdoos CJ P2, Aantal aansluitmogelijkheden: 2, aluminium,
CJ P4	Aansluitdoos CJ P4, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Aansluitdoos CJ P4PG, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium,

Model	Beschrijving
CJ X467	Aansluitdoos CJ X467, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, roestvrij staal,
CJ X468	Aansluitdoos CJ X468, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium,
FS 407	Connector voor FS meetcel gemonteerd & afgesteld op 120 kN FS 407
YKV-01	Digitale weegtransmitter YKV-01

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-166	Fabriekskalibratiecertificaat 961-166 (krachtrichting trek | 51 kN – 120 kN | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode KERN)
961-166V	Fabriekskalibratiecertificaat 961-166V (trek | mV/V)
961-266	Fabriekskalibratiecertificaat 961-266 (krachtrichting druk | 51 kN – 120 kN | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode KERN)
961-266V	Fabriekskalibratiecertificaat 961-266V (druk | mV/V)
961-366	Fabriekskalibratiecertificaat 961-366 (krachtrichting trek, druk | 51 kN – 120 kN | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode KERN)
961-366V	Fabriekskalibratiecertificaat 961-366V (trek, druk | mV/V)
963-166	DAkkS Kalibratiecertificat 963-166 (krachtrichting trek | 51 kN – 120 kN | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-266	DAkkS Kalibratiecertificat 963-266 (krachtrichting druk | 51 kN – 120 kN | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-366	DAkkS Kalibratiecertificat 963-366 (krachtrichting trek, druk | 51 kN – 120 kN | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
970-015	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-015

KERN Overzicht pictogrammen

IP 68	Stof- en spatwaterbescherming IP68
1 DAY	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Fabriekskalibratie (ISO): De duur van de fabriekskalibratie bedraagt 4 werkdagen
DAkkS	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen