PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Productbrochure

04.09.2026

SAUTER CS 5000-3Q1

6-draads-"S"-meetcel van vernikkeld staal voor kracht- en massametingen

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

TOEPASSINGSVOORBEELD



KENMERKEN

- Toepassingsgebied: voor trek- en drukkrachtmetingen
- Geschikt voor hangweegschalen, trechterweegschalen en andere weeginrichtingen zoals krachtmeters en testinstallaties

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Machine- en installatiebouw
- Test- en materiaalonderzoek
- Transporttechniek en logistiek
- Wegen van containers en silo's
- Medische technologie en onderzoek

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max] [Max]	Meetbereik [Max]
CS 50-3Q1	50 kg	500 N
CS 100-3Q1	100 kg	1 kN
CS 150-3Q1	150 kg	1,5 kN
CS 200-3Q1	200 kg	2 kN
CS 300-3Q1	300 kg	3 kN
CS 500-3Q1	500 kg	5 kN
CS 750-3Q1	750 kg	7,5 kN

Model	Weegbereik [Max] [Max]	Meetbereik [Max]
CS 1000-3Q1	1000 kg	10 kN
CS 1500-3Q1	1500 kg	15 kN
CS 2000-3Q1	2000 kg	20 kN
CS 3000-3Q1	3000 kg	30 kN
CS 5000-3Q1	5000 kg	50 kN
CS 6000-3Q1	6000 kg	60 kN

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
CE Q24	Tractie-apparaat CE Q24
CE R24	Paaseinde CE R24
CE RR24	Paaseinde CE RR24
FS 406	Connector voor FS meetcel gemonteerd & afgesteld op 50 kN FS 406
YKV-01	Digitale weegtransmitter YKV-01

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-165	Fabriekskalibratiecertificaat 961-165 (krachtrichting trek | 21 kN – 50 kN | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode KERN)
961-165V	Fabriekskalibratiecertificaat 961-165V (trek | mV/V)
961-265	Fabriekskalibratiecertificaat 961-265 (krachtrichting druk | 21 kN – 50 kN | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode KERN)
961-265V	Fabriekskalibratiecertificaat 961-265V (druk | mV/V)
961-365	Fabriekskalibratiecertificaat 961-365 (krachtrichting trek, druk | 21 kN – 50 kN | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode KERN)
961-365V	Fabriekskalibratiecertificaat 961-365V (trek, druk | mV/V)
963-165	DAkkS Kalibratiecertificat 963-165 (krachtrichting trek | 21 kN – 50 kN | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-265	DAkkS Kalibratiecertificat 963-265 (krachtrichting druk | 21 kN – 50 kN | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-365	DAkkS Kalibratiecertificat 963-365 (krachtrichting trek, druk | 21 kN – 50 kN | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
970-016	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-016

KERN Overzicht pictogrammen

	Stof- en spatwaterbescherming IP67
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Fabriekskalibratie (ISO): De duur van de fabriekskalibratie bedraagt 4 werkdagen
	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen

NEDERLANDS