PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

KERN KFP 3000V40M

Plateau: volledig van edelstaal

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



NEDERLANDS

KENMERKEN

- Weegbrug compleet van edelstaal, extreem buigvast door grote materiaaldikte
- Weegplateau met edelstalen schroeven vastgeschroefd, waardoor de weegcellen van boven makkelijker toegankelijk zijn
- 4 edelstaal weegcellen, stof- en spatwaterdicht conform IP68
- OIML-R60-toelating voor de ijking, klasse III, 3000 e
- Geschikt voor inbouw door putframe (optioneel)
- Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard
- Comfortabel afstellen van de weegbrug van boven

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen weegplatform B×D×H 1500×1250×85 mm, edelstaal
- Verbindingskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 145 kg

PICTOGRAMMEN

Standaard



Factory



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]	Minimumgewicht [Min]	Kabellengte	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
KFP 600V40SM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V40M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V40SM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]	Minimumgewicht [Min]	Kabellengte	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
KFP 3000V40M	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	145 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
BFN-A01	Oprijplaat BFN-A01 (1250×760×85 mm)
BFN-A02	Schachtframe BFN-A02
BFN-A03	Paar voetplaten BFN-A03

DIENSTEN

Model	Beschrijving
963-132	DAkkS Kalibratiecertificat 963-132
965-232	Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-232
965-415	Montage componenten 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-113	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-113

KERN Overzicht pictogrammen



Weegcel: Stof- en spatwaterbescherming IP68



Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen



Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen