PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

SAUTER CR 500-3P1

Krachtopnemer van edelstaal

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen
- Geschikt voor voertuigweegschalen, hangweegschalen, siloweegschalen en verdere diverse weegschalen, testinstallaties enz.

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Industrie en fabricage
- Landbouw
- Testinstallaties

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max] [Max]	Meetbereik [Max]
CR 60-3P1	60 kg	600 N
CR 130-3P1	130 kg	1,3 kN
CR 250-3P1	250 kg	2,5 kN
CR 500-3P1	500 kg	5 kN
CR 2000-3P1	2000 kg	20 kN

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
CE P244011	Belastingshoek CE P244011
CE P244012	Drukstuk CE P244012
CJ P2	Aansluitdoos CJ P2, Aantal aansluitmogelijkheden: 2, aluminium,
CJ P4	Aansluitdoos CJ P4, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Aansluitdoos CJ P4PG, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium,
CJ X467	Aansluitdoos CJ X467, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, roestvrij staal,

Model	Beschrijving
CJ X468	Aansluitdoos CJ X468, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium,
FS 404	Connector voor FS meetcel gemonteerd & afgesteld op 5 kN FS 404
FS TKZ	Transportkoffer FS TKZ

DIENSTEN

Model	Beschrijving
963-263	DAkkS Kalibratiecertificat 963-263 (krachtrichting druk | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-263IV	DAkkS Kalibratiecertificat 963-263IV (krachtrichting druk | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode ISO 376)
963-263V	DAkkS Kalibratiecertificat 963-263V (krachtrichting druk | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
970-101	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-101

KERN Overzicht pictogrammen

	Stof- en spatwaterbescherming IP68
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt vier dagen
	Fabriekskalibratie (ISO): De duur van de fabriekskalibratie bedraagt 4 werkdagen
	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen

NEDERLANDS